

Documenting Process Calibrator



Sonepar Artikelnummer	121378154
EAN	0095969491754
Hersteller Artikelnummer	3405771
Hersteller Typ	FLUKE-754
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	3,66
Zolltarif Nr.	90303200

FLUKE 754 Dokumentierender Prozesskalibrator m. HART, Geben/Simulieren/Messen Volt AC+DC, mA DC, Hz, Ohm, Druck

Technische Daten

Anzeige	digital	Mehrfachanzeige	Ja	Messwertspeicher	Ja
Schnittstelle	Ja	Anzahl der Kanäle	1	Analoge Balkenanzeige	Nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV	Ja	Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV	Nein	Spannung geben 0 V ... 3 V	Ja
Spannung geben 0 V ... 10 V	Nein	Spannung geben 0 V ... 15 V	Ja	Kleinste Auflösung Spannung geben	0,001 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA	Ja	Kleinste Auflösung Strom geben	0,001 mA	Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA	Ja
Kleinste Auflösung Stromsenke	0,001 mA	Widerstand geben	Ja	Max. Widerstand Geber	10000 Ohm
Thermoelement Typ J	Ja	Thermoelement Typ K	Ja	Thermoelement Typ T	Ja
Thermoelement Typ E	Ja	Thermoelement Typ R	Ja	Thermoelement Typ S	Ja
Thermoelement Typ B	Ja	Thermoelement Typ L	Ja	Thermoelement Typ U	Ja
Thermoelement Typ N	Ja	Thermoelement RTD	Ja	Thermoelement RTD Pt100	Ja
Thermoelement RTD Pt1000	Ja	Thermoelement RTD Ni100	Nein	Thermoelement RTD Ni1000	Nein
Frequenz und Impulsgruppen geben	Ja	Max. Frequenz	50000 Hz	Druck messen	Ja
Druck geben (externe Druckpumpe)	Ja	Rampen- und Treppenfunktion	Ja	Simultan Messen und Geben	Ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung	0,001 mV	Max. Spannungsmessbereich DC	300 V	Kleinste Auflösung Gleichspannung	0,01 mV
Max. Strommessbereich DC	0.1 A	Kleinste Auflösung Gleichstrom	1 µA	Max. Widerstandsmessbereich	10000 Ohm
Kleinste Auflösung Widerstand	0,01 Ohm	Echtheffektivwertmessung (TRMS)	Ja	Kalibriersoftware	Ja
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	90303200	Gewicht	3.660 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung • Gebrauchsanleitung